

همکاران محترم آزمایشگاه های ارجاع

با سلام و احترام

خواهشمند است در مورد تست های غربالگری به موارد زیر دقت فرمایید، تا در بازه زمانی مناسب بهترین جواب را از مرکز کولایف دریافت نمایید :

- 1- تمامی درخواست های غربالگری باید دارای فرم و سونوگرافی مناسب و دارای اطلاعات مورد نیاز باشند. (رجوع شود به دستورالعمل های غربالگری در سایت کولایف)
- 2- لازم است فرم های غربالگری در حضور مادر چک شوند تا اطلاعات کامل و درست باشد. (مسئولیت تاخیر در جوابدهی بدلیل نقص پرونده بر عهده مرکز ارسال کننده نمونه است)
- 3- نمونه ارسال شده باید در شرایط مناسب نمونه گیری و ارسال شود. رعایت زنجیره سرد بر روی تست های غربالگری بشدت اثرگذار است. در صورتیکه که نمونه تا رسیدن به مرکز کولایف دفریز می گردد از ارسال نمونه خودداری فرمایید.
- 4- در مورد تست سه ماهه اول یا دبل مارکر، سونوگرافی حتما باید شامل CRL و NT باشد. عدم تطابق این دو پارامتر موجب رد سونوگرافی خواهد شد.
- 5- در مورد سونوگرافی NT مادر، برای سه ماهه اول، در صورتی که $NT \geq 3.5$ بود، طبق دستورالعمل کشوری این موارد نباید غربالگری شوند و باید مستقیم جهت تست های تشخیصی مراجعه کنند. بنابراین جهت جلوگیری از هزینه اضافی مادر از پذیرش خودداری کرده و مادر را به پزشک ارجاع دهید.
- 6- در مورد تست های غربالگری سه ماهه اول (دبل مارکر) فاصله میان سونوگرافی و نمونه گیری نباید بیش از 6 روز باشد. در صورتیکه امکان تکرار تست یا سونوگرافی بدلیل بازه زمانی تست دبل مارکر وجود ندارد آزمایشگاه باید نامه تائید با مهر و امضای مسئول فنی ارسال نماید.
- 7- در مواردی که با موضوع "رحم اجاره ای" روبرو هستید دقت فرمایید که تمامی اطلاعات فرم و سونوگرافی باید مربوط به نام و مشخصات فرد اجاره دهنده رحم باشد، فقط قسمت IVF باید شامل اطلاعات مادر اصلی (فرد اهداکننده تخمک) باشد.
- 8- در مورد مادرانی که از طریق IVF باردار شده اند درج کلیه اطلاعات مربوطه شامل : تاریخ تولد و سن اهداکننده تخمک (در صورت وجود اهدا کننده)، تاریخ جمع آوری تخمک، تاریخ لقاح و تاریخ انتقال ، ضروری است. (این اطلاعات در محاسبه سن تخمک و در نهایت تعیین ریسک نهایی موثر است.) عدم ارائه اطلاعات مناسب موجب رد نمونه می گردد.
- 9- تست سکونشیال که ترکیب دو تست دبل مارکر و کواد مارکر است فقط و فقط در صورتی قابل انجام است که هر دو تست در یک مرکز انجام شده باشند. تغییر مرکز با تغییر برند کیت ها، روش انجام تست و تغییر مدین، موجب تغییر ریسک می شود و پزشک را در تصمیم گیری نهایی با خطا روبرو می کند.
- 10- در خوانش سونوگرافی و محاسبه سن جنین در هنگام سونوگرافی و سن در هنگام نمونه گیری، که بر روی فرم درج می نمایید، بسیار دقت فرمایید در صورتیکه سن نوشته شده اشتباه باشد یا عدم تطابقی میان سن موجود در فرم و سن محاسبه شده در نرم افزار غربالگری باشد از ارائه جواب تا مشخص شدن سن دقیق معذوریم.

در صورتیکه در مورد تست های غربالگری سوال یا راهنمایی لازم است، همکاران ما در شیفت صبح پاسخگوی شما خواهند بود.

قبلا از همکاری شما صمیمانه سپاسگزاریم.